

Krosno Odrzańskie, dnia 21 października 2021 r.

Dotyczy Zapytania ofertowego pn.

*„DOSTAWA PRZENOŚNEGO, BEZPRZEWODOWEGO, AKUMULATOROWEGO SPRZĘTU DO DEZYNFEKCJI POPRZEZ ZAMGŁAWIANIE”*

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

2. W związku z rozbieżnością zapisów w pkt. III Zapytania Ofertowego i §2 ust. 2 Umowy prosimy o potwierdzenie 5- cio dniowego terminu realizacji wskazanego w zapytaniu ofertowym.

*Odp. Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska i potwierdza termin zawarta w §2 ust.2 umowy tzn. 3 dni.*

3. Mając na uwadze krótki czas na zadanie pytań i uzyskanie odpowiedzi od Zamawiającego, a co za tym idzie na przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

*Odp. Termin jak w Zapytaniu ofertowym*

4. Czy Zamawiający wymaga aby przenośny, bezprzewodowy, akumulatorowy sprzęt do dezynfekcji poprzez zamgławianie, w celu zapewnienia wysokiej efektywności i skrócenia czasu bezpiecznej, bezdotykowej dekontaminacji, wykorzystywał technologię wytwarzania ładunków elektrostatycznych?

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia elektrostatycznego rozpraszającego środek dezynfekcyjny w postaci kropli 40/80/110 mikronów i przepływach środka dezynfekcyjnego odpowiednio 82/106/325 ml/min.? Zgoda na powyższe pozwoli na spełnianie wymagań dotyczących czasu ekspozycji i bardziej wydajne zastosowanie środków dezynfekcyjnych oraz skuteczniejszą eliminację mikroorganizmów z powierzchni.

*Odp. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego*

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia rozpraszającego środek dezynfekcyjny w optymalnym zasięgu działania mgły 90cm – 1,2m?

*Odp. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego*

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wadze 1,7 kg (bez płynu), 2,7 kg (wraz z 1 l płynu)?

*Odp. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego*